

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Desempeño

Envío : Envío 2 de 2
Fecha Envío : 23 de Agosto de 2022
Fecha Entrega Informe : 27 de Setiembre de 2022
Tipo de Muestra : Suero
Versión del Informe : V 0

Satisfactorio IZI \leq 2.0
Cuestionable $2.0 < \text{IZI} < 3.0$
Insatisfactorio IZI \geq 3.0

IZI = Valor absoluto de Z-score

Resultados

Material Control	Parámetros	Resultado	n	X_{pt}	σ_{pt}	CV	$u(X_{pt})$	D%	Z	Desempeño
222-3	IgE Total	120,0 UI / mL	68	126,3907	19,6805	15,57	2,9832	-5,06	-0,32	Satisfactorio
222-4	IgE Total	61,0 UI / mL	68	57,1631	7,6593	13,40	1,1610	6,71	0,50	Satisfactorio

n=Número de laboratorios evaluados X_{pt} =Valor asignado σ_{pt} =Desviación estándar para evaluar desempeño CV=Coficiente de variación

$u(X_{pt})$ =Incertidumbre estándar del valor asignado D%=Desvío relativo porcentual Z=Puntuación usada para evaluar desempeño (c)=Valor corregido para σ_{pt} y Z


Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 2 de 2
 Fecha Envío : 23 de Agosto de 2022
 Fecha Entrega Informe : 27 de Setiembre de 2022
 Tipo de Muestra : Suero
 Versión del Informe : V 0

Gráficos

Analito : IgE Total



Su Método : Quimioluminiscencia



Su Método : Quimioluminiscencia



Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.


Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 2 de 2
Fecha Envío : 23 de Agosto de 2022
Fecha Entrega Informe : 27 de Setiembre de 2022
Tipo de Muestra : Suero
Versión del Informe : V 0

Gráficos Z Históricos

Analito : IgE Total



Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 2 de 2
Fecha Envío : 23 de Agosto de 2022
Fecha Entrega Informe : 27 de Setiembre de 2022
Tipo de Muestra : Suero
Versión del Informe : V 0

Desempeño Histórico

SRZ: Evaluación del desempeño histórico del Laboratorio, y se calcula a partir del resultado de las últimas 3 evaluaciones.

Parámetros	SRZ	Desempeño Histórico
IgE Total	-0,73	Satisfactorio

Criterios para Desempeño Histórico: $|SRZ| \leq 2$ Satisfactorio; $2 < |SRZ| < 3$ Cuestionable y $|SRZ| \geq 3$ Insatisfactorio. Donde $|SRZ|$ = Valor absoluto de SRZ

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación



Envío : Envío 2 de 2
Fecha Envío : 23 de Agosto de 2022
Fecha Entrega Informe : 27 de Setiembre de 2022
Tipo de Muestra : Suero
Versión del Informe : V 0

Observaciones

Específicas : Sin observaciones.

Generales : Sin observaciones.

La información contenida en este informe se considera confidencial, salvo las contempladas en la ley vigente



Autorizado por:

BQ. PATRICIA SANTIS ÁVALOS
PROFESIONAL SECCIÓN INMUNOLOGÍA.